

Số: /GP-ATBX

Sơn La, ngày tháng năm 2025

GIẤY PHÉP
Tiến hành công việc bức xạ
(Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;

Xét hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế của Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La ngày 14 tháng 5 năm 2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 94/TTr-SKHCN ngày 21 tháng 5 năm 2025.

CHO PHÉP
Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La

Địa chỉ: Bản Nà Tông, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Số điện thoại: 02123.830.036

Được phép: Sử dụng một (01) thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế có các đặc trưng của thiết bị kèm theo Giấy phép này để chụp chẩn đoán bệnh.

Trong quá trình tiến hành công việc bức xạ, tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép phải nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của pháp luật và các điều kiện của Giấy phép.

Giấy phép này có hiệu lực đến hết ngày 28/9/2026.

Giấy phép này sửa đổi Giấy phép số 1964/GP-UBND ngày 30/9/2023 của UBND tỉnh Sơn La./.

Nơi nhận:

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (B/c);
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công;
- Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La;
- Lưu: VT, KGVX, Hà.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Công

CÁC ĐIỀU KIỆN CỦA GIẤY PHÉP

(Kèm theo Giấy phép số: /GP-ATBX ngày tháng năm 2025
của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

1. Chỉ được phép tiến hành công việc bức xạ với thiết bị X-quang có đặc trưng nêu tại phần kèm theo của Giấy phép này.
2. Trường hợp tiếp tục tiến hành công việc bức xạ sau thời hạn ghi trong Giấy phép này, phải làm thủ tục đề nghị gia hạn Giấy phép theo quy định **(trước khi Giấy phép này hết hạn ít nhất 45 ngày)**.
3. Trường hợp chuyển nhượng thiết bị X-quang cho tổ chức, cá nhân khác, phải báo cáo với cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
4. Trường hợp xảy ra sự cố bức xạ, phải thông báo khẩn cấp cho các cơ quan liên quan và:

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỤC AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN

- Địa chỉ: Tầng 14, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: (024) 39.428.636
- Fax: (84-4) 38.220.298

5. Định kỳ hàng năm báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ về thực trạng tiến hành công việc bức xạ tại cơ sở **(báo cáo gửi trước ngày 30/11 hàng năm)**.
6. Phải thực hiện chế độ kiểm tra chất lượng thiết bị X-quang đúng định kỳ quy định **02 năm/lần** đối với thiết bị X-quang thông thường; **01 năm/lần** đối với thiết bị X-quang CT chụp cắt lớp vi tính, thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình.
7. Kiểm tra mức bức xạ định kỳ **(01 năm/lần)** tại các vị trí nhân viên bức xạ y tế làm việc, mức bức xạ môi trường tại các vị trí cửa ra vào và khu vực xung quanh các phòng đặt thiết bị X-quang; lập, lưu giữ hồ sơ kết quả đo kiểm xạ.
8. Chỉ nhân viên bức xạ đã được đào tạo về vận hành thiết bị X-quang mới được sử dụng thiết bị X-quang này.
9. Nhân viên bức xạ phải sử dụng liều kế cá nhân trong lúc vận hành thiết bị, đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ **(ít nhất 3 tháng/lần)** và khám sức khỏe theo đúng định kỳ quy định **(ít nhất 06 tháng/lần)**.
10. Tại phòng đặt thiết bị X-quang phải lắp biển cảnh báo, đèn cảnh báo an toàn bức xạ, nội quy an toàn bức xạ, quy trình vận hành thiết bị X-quang và các quy định khác./.

CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA THIẾT BỊ X-QUANG TRONG CÔNG VIỆC BỨC XẠ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP
(Kèm theo Giấy phép số: /GP-ATBX ngày tháng năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La)

Stt	Tên thiết bị	Mã hiệu, Số seri	Hãng sản xuất Nơi sản xuất, năm sản xuất	Thông số làm việc cực đại kV max, mA max/ mAs max	Mục đích sử dụng; Địa điểm sử dụng; Sử dụng cố định hay di động	Các bộ phận của thiết bị			
						Tên bộ phận	Hãng sản xuất	Mã hiệu	Số seri
1	Máy X-Quang SHIMADZU	Mã hiệu: UD150L-30V Số seri: 0562R02009	Hãng sản xuất: Shimadzu; Nước sản xuất: Nhật Bản; Năm sản xuất: 2003	Điện áp cực đại: 125 (kVp) Dòng cực đại: 220 (mAs)	Chụp chẩn đoán tổng hợp; Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La Kiểu: Cố định	Đầu bóng phát tia X	Shimadzu /Nhật Bản	R-20J	0166M11014
						Bàn điều khiển	Shimadzu /Nhật Bản	GSC- 98W	0562R02009
						Bộ phận tăng sáng	Không	Không	Không